

System implantów OSSEOTITE®

Stosując implanty OSSEOTITE - stosujesz obecnie najbardziej przewidywalny i udokumentowany system implantologiczny udokumentowany w 5-letnich badaniach klinicznych.

Zbiórce badania przeprowadzone na 3000 implantów w wielu ośrodkach wykazały, że odsetek powodzeń wynosił 98.2% w okresie 5 lat po obciążeniu. Doskonała ocena kliniczna potwierdziła obserwowane wcześniej w badaniach zalety intensywnej osteogenezy kontaktowej na powierzchni OSSEOTITE szczególnie w słabej jakości kości.

Badanie kliniczne	Liczba Ośrodków Badawczych	Liczba Pacjentów	Liczba przypadków	Liczba implantów OSSEOTITE	Wskaźnik powodzenia
Dr Sullivan i Sherwood (J Prosthet 1997 78:379-386)(5-letnie wyniki obserwacji złożone do publikacji Compendium 2000)	3	75	90	147	96.6% (5 lat po obciążeniu)
Dr Sullivan i Sherwood (J Prosthet 1997 78:379-386)(5-letnie wyniki obserwacji złożone do publikacji Compendium 2000)	4	181	214	490	98.7% (4 lat po obciążeniu)
Długoletnie wyniki OSSEOTITE (złożone do publikacji JOMI 2000)	4	74	99	222	98.6% (3 lata po obciążeniu)
OSSEOTITE - odległe wyniki w bocznych odcinkach szczęki i żuchwy (Compendium 1999 7:628-640)	1	59	71	71	98.6% (3 lata po obciążeniu)
OSSEOTITE - powodzenie w przypadkach odbudowy pojedynczych braków zębowych (rękopis w przygotowaniu)	15	87	96	189	98.4% (20 miesięcy po obciążeniu)
TG OSSEOTITE -powodzenie w przypadku zastosowania jednoetapowego postępowania i obciążenia po krótkim okresie gojenia (rękopis w przygotowaniu)	14	228	270	253	99.4% (2 lata po obciążeniu)
OSSEOTITE - wyniki w porównaniu z implantami ST oraz ICE (rękopis w przygotowaniu)	10	195	267	526	98.0% (2 lata po obciążeniu)
OSSEOTITE -powodzenie w przypadkach obciążenia po krótkim okresie gojenia (J Esthet Dent 1998 6:280/289) (rękopis 3-letnich wyników złożony do publikacji w 2000)	2	99	129	247	95.0%(OSSEOTITE) 86.7%(ICE) (2 lata po obciążeniu)
OSSEOTITE -porównanie wczesnego obciążenia w stosunku do standardowego czasu gojenia przed obciążeniem w wybranych losowo miejscach(rękopis w przygotowaniu)	1	102	145	246	95.1% (2 lata po obciążeniu)
SUMA:	54	1100	1138	2691	98.2% (Średnia Ważona)



Wyłączny przedstawiciel BIOMET 3i w Europie Środkowej: Dental Depot Wasio
Siedziba główna:
al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
tel.: +48 71 335 70 71, fax: +48 71 335 70 90
www.dental-depot.com, biura@dental-depot.com

Oddział Warszawa:
ul. Konstancińska 2/78, 02-942 Warszawa
tel.: +48 22 646 24 73, fax: +48 22 646 30 13
www.dental-depot.com, biurowarszawa@dental-depot.com

facebook®
Dental Depot Wasio

